

# โซเดียมคลอไรด์และโซเดียมซิเตรต ชนิดสารละลายสำหรับ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชื่อการค้า Regiocit (รีจิโอซิท)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่ออะไร

ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า รีจิโอซิท (Regiocit) ในน้ำยา 1 ลิตร มีตัวยาโซเดียมคลอไรด์ 5.03 กรัม และโซเดียมซิเตรต 5.29 กรัม

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เป็นของเหลวทดแทนสำหรับการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สารซิเตรตเป็นสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นี้

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีภาวะการทำงานของตับบกพร่องอย่างรุนแรง
- ⊗ มีภาวะช็อคร่วมกับภาวะเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้น้อยลง

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หากท่านใช้ยาวิตามินดี และอนุพันธ์ของวิตามินดี รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีแคลเซียม (ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ หรือแคลเซียมกลูโคเนต) และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
  - ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่า ท่านใช้ยาอะไรอยู่บ้าง เพราะการใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิดอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- ระวังการรั่วของยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ มีภาวะช็อค มีภาวะขาดน้ำของสมอง สมองบวม หรือความดันในกะโหลกศีรษะสูง
- ระวังการรั่วของยานี้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในการใช้ยานี้
- ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะต่อไปนี้ได้
  - แคลเซียมในเลือดต่ำ - แมกนีเซียมในเลือดต่ำ - น้ำตาลในเลือดต่ำ - แคลเซียมในเลือดสูง - เลือดเป็นกรด - เลือดเป็นด่างโดยแพทย์จะตรวจเลือดเพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนและระหว่างการรักษา

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยานี้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคไต หรือด้านเวชบำบัดวิกฤตเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค และต้องใช้นี้กับเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง โดยควรมีการตรวจสอบเลือดเพื่อติดตามสมดุลของเหลวและระดับสารเคมี
- ใช้ยานี้ครั้งเดียวเท่านั้น หากเปิดถุงยาแล้วควรใช้ทันที
- ตรวจสอบน้ำยาก่อนใช้ โดยน้ำยาต้องใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน ถุงหุ้มด้านนอก และถุงบรรจุยาไม่เสียหาย รอยปิดผนึกทุกจุดของถุงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากกดหรือบีบถุงยาแล้วมีรอยรั่วให้ทิ้งไป
- ก่อนเติมสารหรือยาอื่นเข้าไปในยานี้ ให้ตรวจสอบว่ายาสามารถละลายและคงตัวในยานี้ได้ โดยต้องเติมและผสมก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องล้างไตเทียม
- ก่อนใช้นี้ อาจอุ่นน้ำยาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสด้วยความร้อนแห้งเท่านั้น ไม่ควรอุ่นน้ำยาในน้ำหรือเตาไมโครเวฟ

### 3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หายใจไม่สะดวก เวลานอนราบ ไอ แน่นหน้าอก บวมที่แขน ขาหรือเท้า

**ให้รีบแจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาทันที**

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควรมีการตรวจและติดตามอาการทางคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระหว่างการใช้ยา อาจต้องมีการให้อิเล็กโทรไลต์เสริม

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เกสัชกร หรือพยาบาลทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ เกสัชกร หรือพยาบาลทันที”**

### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เกสัชกร หรือพยาบาล

- บวมที่อวัยวะต่างๆ เช่น เท้า ข้อเท้า มือ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน กดบวมที่ผิวหนัง
- กระหายน้ำ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปัสสาวะน้อย ชีพจรเต้นเร็ว หายใจไม่อิ่มหรือลำบาก ปวดหัว เวียนหัว
- ความดันเลือดต่ำ
- สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในเลือดผิดปกติ (จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมี)

**“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ เกสัชกร หรือพยาบาล”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน แต่หากท่านได้รับยากลับให้ปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- ห้ามใช้ยาหลังจากวันสิ้นอายุที่ระบุในฉลากยา

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ถุงพลาสติกบรรจุน้ำยาใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสําคัญ** ในน้ำยา 1 ลิตร มีตัวยาโซเดียมคลอไรด์ 5.03 กรัม และโซเดียมซึเตรด 5.29 กรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ น้ำสำหรับยานี้ Dilute hydrochloric acid E 507 (กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง อี 507)

ผู้ผลิต Bieffe Medital S.p.A., Sondalo (SO) ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ กันยายน 2567

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษา  
แพทย์หรือเภสัชกร**